FEHLING OP-TISCH-HALTEKLAUE

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: EEJ-1



1	Sterngriff
2	Oberer Teil der Klemmbacke
3	Unterer Teil der Klemmbacke
4	Sockel

2) Demontage

1. Den Sterngriff (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er sich abnehmen lässt.

2. Zuerst den oberen Teil der Klemmbacke (2) vom Gewinde des Sockels (4) ziehen, dann den unteren Teil der Klemmbacke (3) entfernen.



3. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

3) Montage

1. Den unteren Teil der Klemmbacke (3) auf den Sockel (4) setzen, danach den oberen Teil der Klemmbacke (2) über das Gewinde des Sockels (4) einführen.



2. Den Sterngriff (1) auf das Gewinde des Sockels (4) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

Hersteller	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	Achtung
REF Katalognummer	LOT Chargenbezeichnung	SN Seriennummer
MD Medizinprodukt	UDI eindeutige Produktidentifizierung	CE 0297 CE-Kennzeichnung
Ölkännchen für zu schmierende Stellen	CE-Kennzeichnung	

Kontakt zum Hersteller	
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de