FEHLING SOMOHA-RETRAKTOR

MTJ-1, MTJ-2, MTJ-3

1) Komponenter / grund för deklaration

Exempel: MTJ-3

Monterat skick



Demonterat skick



1	Styrflikar
2	Insticksöppning
3	Styrstav

2) Demontering

⚠ Demontering av retraktorn kräver en viss kraft på grund av materialets beskaffenhet.

1. För att demontera retraktorn, ta den i båda händerna och tryck styrflikarna (1) mot insticksöppningen (2).



⚠ Se till att trycket är jämnt från båda sidor så att styrflikarna (1) inte lutar.

2. Lossa styrflikarna (1) från styrskenan (3) via insticksöppningen (2).
   Därefter kan retraktorn rullas isär.





3) Montering

⚠ På grund av retraktorns konstruktion krävs det en viss kraft för att montera retraktorn.

1. För montering, för båda ändarna av retraktorn ovanpå varandra.
   Änden med styrflikarna (1) måste skjutas över änden med styrstaven (3).





2. Placera styrflikarna (1) över insticksöppningen (2) och för in styrflikarna (1).
   Släpp sedan trycket något och låt styrflikarna (1) glida längs styrskenan (3).





⚠ Om inte tillräckligt tryck används kan retraktorn "hoppa" tillbaka in i demonterad form.

3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

⚠ Kontrollera efter monteringen att båda styrflikarna (1) har snäppt in i införingsöppningen (2).

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 0297 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297